

**Termovalorizzatore Bolzano**



**Anno: 2020**

Report Annuale

Mese	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Semiore NF N.°
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %				
Gennaio		2,18	100		1,32	100		0,34	100		3,85	100		0,24	100		29,86	100		0,25	100		0,21	100		114183,36	100		10,72	100		142,98	100		952,09	100	1488
Febbraio		2,30	100		1,41	100		0,65	100		3,92	100		0,25	100		29,70	100		0,25	100		0,24	100		111600,09	100		10,93	100		142,56	100		944,38	100	1392
Marzo		2,35	100		1,40	100		0,31	100		3,58	100		0,24	100		29,78	100		0,25	100		0,15	100		109560,97	100		10,97	100		142,23	100		943,03	100	1487
Aprile		1,55	100		1,07	100		1,50	100		3,51	100		0,24	100		29,79	100		0,25	100		0,12	100		99367,84	100		11,17	100		141,04	100		934,82	100	1440
Maggio		1,54	100		1,01	100		5,02	100		4,29	100		0,25	100		29,86	100		0,47	100		0,22	100		109823,66	100		10,91	100		144,05	100		969,62	100	1131
Giugno		2,19	100		1,45	100		0,01	100		4,76	100		0,24	100		29,74	100		0,27	100		0,35	100		120730,63	100		10,97	100		150,16	100		971,22	100	1357
Luglio		1,83	100		1,48	100		0,55	100		4,35	100		0,22	100		29,69	100		0,25	100		0,31	100		123341,68	100		10,96	100		160,33	100		967,85	100	1488
Agosto		1,82	100		1,44	100		0,85	100		4,24	100		0,23	100		29,78	100		0,26	100		0,35	100		120538,79	100		11,04	100		160,04	100		959,52	100	1488
Settembre		2,42	100		1,21	100		0,37	99		2,52	100		0,25	100		29,71	100		0,32	100		0,34	100		122232,55	100		11,00	100		157,62	100		955,11	100	1165
Ottobre		2,63	100		1,42	100		0,00	100		3,96	100		0,26	100		29,82	100		0,75	100		0,09	100		106583,12	100		10,29	100		147,38	100		939,85	100	592
Novembre		2,11	100		1,26	100		1,49	100		3,95	100		0,25	100		29,95	100		0,65	100		0,05	100		113198,94	100		10,33	100		144,55	100		955,64	100	1440
Dicembre		2,30	100		1,34	100		0,62	100		3,49	100		0,25	100		29,77	100		0,61	100		0,05	100		103516,07	100		10,65	100		143,00	100		938,91	100	1483
<b>MIN (semiorario)</b>		0,69			0,00			0,00			0,33			0,19			1,64			0,24			0,00			61995,60			5,01			139,01			887,21		
<b>MAX (semiorario)</b>		34,69			7,35			77,12			285,00			2,43			115,37			8,28			12,25			129462,45			12,88			210,53			1027,24		
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6														
<b>Media Anno</b>		2,08	100		1,32	100		0,96	100		3,88	100		0,24	100		29,79	100		0,36	100		0,21	100		113109,78	100		10,85	100		147,97	100		952,91	100	15951

- (1) Assenza Registrosioni Medie
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Totale ore di Normal Funzionamento
- (7) Media non calcolata

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006  
Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.